



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato della Salute

Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Servizio 6

“Emergenza Urgenza Sanitaria – Isole minori ed aree disagiate “

Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria 118

*GARA COMUNITARIA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL
D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOCCORSO DI EMERGENZA CON ELIAMBULANZA NELL'AMBITO DEL
“SERVIZIO DI URGENZA-EMERGENZA SANITARIA (S.U.E.S.) 118”, PER IL
TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA, ISOLE MINORI COMPRESSE, E
DEI SERVIZI AERONAUTICI ACCESSORI E CONNESSI NONCHE' DEL
SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO NELLE BASI HEMS*

Capitolato Speciale d'Appalto

Allegato 3

Dotazioni elettromedicali

DOTAZIONI ELETTROMEDICALI A BORDO ELICOTTERI (H12 E H24)**Tipologia di dotazione****Sistema di mantenimento della temperatura (Riscaldamento/Raffreddamento) dei fluidi****Set immobilizz. adulto pediatrico compreso immobilizzatore di bacino****Materassi depressione****Immob. per estricazione adulto (Completamente Radiotrasparente)****Immob. per estricazione pediatrico (Completamente Radiotrasparente)****Tavola spinale pediatrica****Tavola spinale Adulta****Barella Verricellabile (*)****Zaini****Zaini Verricellabili (*)****Imbraghi di salvataggio (*)****Cintura di salvataggio (*)****Set da scasso****Ventilatore****Monitor Multiparametrico (Secondario)****Monitor Multiparametrico (Principale)****Defibrillatore semiautomatico****Pulsiossimetro****Pompe siringhe****Pompe ad infusione****Aspiratore portatile****Termometro****Sacca per infusione****Termoculle****Certificazione termoculle****Ulteriori dotazioni e retainer****Kit per infusione intraossea****Massaggiatore automatico (**)****Ecografo (***)****Sacco salma****Telo per defibrillazione in volo****Telo per Trasporto****(*) Limitatamente per le basi dotate di verricello****(**) Prevedere, per le basi dotate di verricello, la possibilità di imbarco con verricello)****(***) Prevedere sonda convex e sonda settoriale, trasmissione immagini**

Osservazioni:

Per tutte le attrezzature elettromedicali, è a carico della ditta aggiudicataria il sistema di fissaggio e la verifica della compatibilità elettromagnetica con i sistemi e impianti di bordo, ottenendo le necessarie approvazioni dalla competente Autorità Aeronautica.

Gli equipaggiamenti devono essere costantemente mantenuti e tempestivamente (entro le successive 24 ore dalla notifica da parte del Direttore della C.O 118) sostituiti in caso di avaria.

La Ditta deve valutare il potenziale impatto dell'impiego delle dotazioni sanitarie, durante le varie fasi del volo, sulla sicurezza ed efficacia della missione, individuando eventuali limitazioni e/o specifiche procedure che devono essere riportate nel Manuale Operazioni di Volo approvato dalla competente Autorità Aeronautica.

La ditta deve garantire oltre la fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la sostituzione per obsolescenza/dismissione/miglioria/ aggiornamento tecnologico.

Tutte le attrezzature e i componenti devono essere gestiti con la formula del Full Service